



检 验 报 告

Inspection Report

报告编号: BZ17060002
Report No. _____

样品名称: 眼镜架
Name of sample(s) _____

委托单位: 深圳美勒京科技有限公司
Client _____

受检单位: 深圳美勒京科技有限公司
Checked unit _____

检验类别: 委托检验
Type of test _____

浙江省眼镜产品质量检验中心

Zhejiang Inspection & Testing Centre For ophthalmic Optics products

浙江省眼镜产品质量检验中心
Zhejiang Inspection & Testing Centre For ophthalmic Optics products
检验报告
Inspection report

报告编号: BZ17060002

第 1 页 共 2 页

Report No.

Page 1 of 2 pages

样品名称 Name of sample(s)	眼镜架	型号规格 Type of sample(s)	塑料架 55□17-138
委托单位 Client	深圳美勒京科技有限公司	商 标 Registered trade mark	/
受检单位 Checked unit	深圳美勒京科技有限公司	生产日期 Manufacturing date	/
生产单位 Manufacturer	/	样品状况 Condition of sample(s)	完好
联系电话 Tel. of client	/	样品数量 Quantity of sample(s)	4 副
检验类别 Type of test	委托检验	样品编号 Sample(s) No.	BZ17060002- (1#-4#)
抽样单位 Sampling unit	/	抽样地点 Location of sampling	/
抽样日期 Sampling date	/	抽样基数 Batch quantity	/
送样单位 Sample(s) sent by	深圳美勒京科技有限公司	检验地点 location of inspection	本中心二楼实验室
到样日期 Date of receipt	2017-06-01	检验日期 Date(s) of inspection	2017-06-01
检验依据 Reference for test	GB/T 14214-2003	检验项目 Item(s) of inspection	尺寸
检验结论 Inspection result	<p>根据委托要求, 依据 GB/T 14214-2003《眼镜架 通用要求和试验方法》标准对样品进行检测, “尺寸”项目实测结果符合标准要求。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期: _____ 日 Date of issue: _____ </div>		
备注 Annotation	/		

批准:
Approved by

吴印年

审核:
Verified by

潘毓

编制:
Typed by

徐丹

注 意 事 项

REMARK

- 1、报告未盖“检验测试专用章”无效。
Report is invalid without the seal only for test.
- 2、报告复印无效。
Copy of the reports is invalid.
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
Report is invalid without signature.
- 4、报告涂改无效。
Report is invalid if altered.
- 5、本报告的检测结果仅对样品有效。
It's effect that the result of this report relate only to the sample tested.
- 6、若对监督检验的报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。
If you have any dissent from the report, please raise it in fifteen days to Zhejiang Inspection & Testing Centre For ophthalmic Optics products after receiving the report or we won't deal with the case.
- 7、中文与英文解释有差异的，以中文为准。
If there exist any difference between Chinese and English interpretation, take the Chinese as standard.
- 8、本报告仅对来样负责，不得用于广告宣传。
The report takes responsibility only for samples tested. It can not be used for advertising.

地址：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园集光路2号 邮政编码：325041

Add :Jiguang Road 2, Louqiao Industrial Park, Ouhai Economic Developing Zone, Wenzhou, Zhejiang

Post Code: 325041

电话：0577-56575907, 56575908

传真：0577-56575900

Tel:

Fax:

网址:

E-mail:

Network Address:

E-mail:

浙江省眼镜产品质量检验中心 Zhejiang Inspection & Testing Centre For ophthalmic Optics products		编号: BZ17060002 Report No.		
检 验 报 告 Inspection report		第 2 页 Page 2	共 2 页 Total 2 pages	
温度 20℃~22℃, 相对湿度 66%~68%				
检验项目	标 准 要 求	检验结果	单项结论	
1	尺寸	水平镜片尺寸允差: $\pm 0.5\text{mm}$ 。	55.4mm	合格
		片间距离允差: $\pm 0.5\text{mm}$ 。	17.2mm	
		镜腿长度允差: $\pm 2.0\text{mm}$ 。	136.2mm	

以下空白。

